WATER-I.D. · PRIMELAB 1.0

Хлор HR із йодидом калію

Метод №14 · 5–200 мг/л Cl_2 · таблетка та порошок

1. Налийте 10 мл проби води у чисту кювету діаметром 24 мм. Закрийте й установіть її у фотометр за напрямком стрілки. Натисніть ZERO.

2. Вийміть і відкрийте кювету. Додайте 1 таблетку Chlorine HR (KI) Photometer (TbsPCLHR) і роздушіть її чистою паличкою до повного розчинення.

3. Додайте 1 пакетик порошку Acidifying GP і перемішуйте близько 20 секунд до розчинення.

4. Закрийте кювету, обережно збовтайте й установіть її у фотометр за напрямком стрілки. Натисніть TEST. Результат відобразиться через 10 секунд.

Метод також реагує на інші окисники у пробі. Використовуйте цю методику тільки для таблетованої версії реагенту TbsPCLHR.

Український переклад методики Water-i.d. Оригінал, PDF с. 96–97.