PRIMELAB 2.0 · УКРАЇНСЬКА МЕТОДИКА

Активний кисень із DPD №4

Метод №01 · 0–40 мг/л MPS

1. Внесіть 10 мл проби в чисту кювету діаметром 24 мм. Закрийте її, установіть у фотометр за напрямком стрілки й натисніть ZERO.

2. Вийміть і відкрийте кювету. Додайте 1 таблетку DPD №4 Photometer. Роздушіть її чистою паличкою та перемішуйте близько 20 секунд до розчинення.

3. Закрийте, обережно збовтайте й поверніть кювету у фотометр за напрямком стрілки. Натисніть TEST. Результат з’явиться через 2 хвилини.

Примітки

Ця методика визначає моноперсульфат калію (MPS). Проводьте тест одразу після відбору проби. Інші окисники в пробі можуть підвищити показання.

Для очищення приладдя дотримуйтеся методики виробника. Побутові мийні засоби можуть занижувати результат.

Переклад методики Water-i.d. Оригінал виробника, с. 57.