Лужність М

Метод №05

1. У чисту кювету діаметром 24 мм внесіть 10 мл проби води.

2. Закрийте кювету, установіть її у фотометр за напрямком стрілки й натисніть ZERO.

3. Вийміть кювету, відкрийте її та додайте 1 таблетку Alkalinity-M Photometer (TbsPTA). Роздушіть таблетку чистою паличкою і перемішуйте близько 20 секунд до повного розчинення.

4. Закрийте кювету. Обережно збовтайте її. Установіть кювету у фотометр за напрямком стрілки й натисніть TEST. Результат з’явиться через 25 секунд.

Діапазон методу: 5–200 мг/л $CaCO_3$. Серед доступних одиниць перерахунку є мг/л HCO_3^-.

Переклад методики Water-i.d. Оригінал виробника, с. 59.