(06)

Tablet

Alkalinity-P

25 - 300 mg/l ($CaCO_3$)

Internal Name: 06-Alkalinit-P-tab



Alkalinity-P Photometer (TbsPAP)

Measurement procedure:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 таблетку фотометра Лужність-P до досліджуваної води у кювету.
8	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
9	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
10	Закрутіть кришку кювети.
11	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
12	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
13	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 05:00 хвилин.
14	Після закінчення зворотного відліку 05:00 хвилин відображається виміряне значення.

Notes:

- Результат тесту може бути переведений у наступні одиниці виміру: °dH, °eH, °fH, ммоль (KS4.3), мвал.