(07)

Tablet

Boron

0.00 - 2.00 mg/l (B)

Internal Name: 07-Boron-tab



Boron N°1 Photometer (TbsHBo1)
Boron N°2 Photometer (TbsPBo2)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 2 таблетки фотометра Бор N°1 у воду для аналізу кювету.
8	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
9	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
10	Додайте 1 таблетку фотометра Бор N°2 у воду для аналізу в кюветі.
11	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
12	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
13	Закрутіть кришку кювети.
14	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
15	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
16	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 20:00 хвилин.
17	Після закінчення зворотного відліку 20:00 хвилин відображається виміряне значення.

Notes:

- Результат тесту може бути переведений у наступні одиниці виміру: мг/лH_3BO_3
- Значення pH зразка води має бути між 6 та 7.
- Температура води впливає результати вимірювання. Проводьте тест за температури 20 °C (+/- 1 °C).