(124)

Liquid

Chloride

0.0 - 100.0 mg/l (Cl^-)

Internal Name: 124-Chloride-liq



65ml PL Chloride N°1 (PL65Chloride1)
65ml PL Chloride N°2 (PL65Chloride2)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 15 крапель хлориду PL 1 у кювету.
8	Додайте 15 крапель хлориду PL 2 у кювету.
9	Закрутіть кришку кювети.
10	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
11	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
12	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.
13	Після закінчення зворотного відліку 05:00 хвилин відображається виміряне значення.