
(94) Chromium (hexavalent)

Tablet + Powder Pack

0.00 - 2.20 mg/l (Cr^{6+})

Internal Name: 94-chromium-tab



Chromium N°1 Photometer (TbsHChro1)
Chromium N° 2 (PPHChro250)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 таблетку фотометра Chromium N°1 до досліджуваної води у кювету.
8	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
9	Додайте 1 упаковку порошку фотометра Chromium N°2 до води для аналізу у кюветі.
10	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
11	Закрутіть кришку кювети.
12	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
13	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
14	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.
15	Після закінчення зворотного відліку 10:00 хвилин відображається виміряне значення.

Notes:

- Результат тесту можна перевести в наступну одиницю: мг/л CrO_4□ $^{+}$.