(163)

Liquid

Dissolved Oxygen

0.0 - 10.0 mg/l (O_2)

Internal Name: 163-Dis.Oxygen



30ml PL Dissolved Oxygen N°1 (PL30DO1)
30ml PL Dissolved Oxygen N°2 (PL30DO2)
30ml PL Dissolved Oxygen N°3 (PL30DO3)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Спорожніть кювету.
8	Очистіть кювету.
9	Очистіть кришку.
10	Наповніть скляну пляшку об'ємом 50 мл водою, яку потрібно виміряти.
11	Встановіть пробку на скляну пляшку. Обережно, надлишки води випливають!
12	Знову зніміть затор.
13	Додайте 10 крапель PL DissOx 1 у скляний флакон.
14	Знову встановіть пробку.
15	Повертайте/струшуйте скляну пляшку протягом 01:00 хвилини.
16	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 01:00 хвилин.
17	Знову зніміть затор.
18	Додайте 10 крапель PL DissOx 2 у скляний флакон.
19	Знову встановіть пробку.
20	Повертайте/струшуйте скляний флакон протягом 01:00 хвилини.
21	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 01:00 хвилин.
22	Знову зніміть затор.
23	Додайте 10 крапель PL DissOx 3 у скляний флакон.
24	Знову встановіть пробку.
25	Повертайте/струшуйте скляний флакон протягом 01:00 хвилини.
26	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 01:00 хвилин.

27 Додайте 10 мл розчину раніше використану кювету ZERO.

28 Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.

29 Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.

30 Виміряне значення негайно відображається на дисплеї.

Notes:

- Переконайтеся, що скляний флакон об'ємом 50 мл наповнений до верху, вода витече при установці пробки.