(28)

Tablet

Iron LR

0.00 - 1.00 mg/l (Fe^{2+}/Fe^{3+})

Internal Name: 28-Iron-LR-tab



Iron LR Photometer (TbsPILR)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 таблетку Iron LR Photometer у воду для аналізу у кюветі.
8	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
9	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
10	Закрутіть кришку кювети.
11	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
12	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
13	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 05:00 хвилин.
14	Після закінчення зворотного відліку 05:00 хвилин відображається виміряне значення.

Notes:

- Якщо зразок містить нерозчинене залізо, ретельно відфільтруйте (за необхідності кілька разів).