(31)

Powder Pack

Manganese

0.20 - 5.00 mg/l (Mn)

Internal Name: 31-Manganese-LR-tab



Manganese LR N°1 Photometer (PPHMGNSLR1)
Manganese LR N°2 Photometer (PPPMGNSLR2)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 упаковку порошку Manganese LR N°1 Photometer до води для зразка у кюветі.
8	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
10	Додайте 1 упаковку порошку Manganese LR N°2 Photometer до води для зразка у кюветі.
11	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
12	Закрутіть кришку кювети.
13	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
14	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
15	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 05:00 хвилин.
16	Після закінчення зворотного відліку 05:00 хвилин відображається виміряне значення.

Notes:

- Результат тесту може бути переведений у наступні одиниці виміру: мг/л MnO_4^+, мг/л $KMnO_4$.