(35)

Powder Pack

Nitrite LR

0.00 - 0.50 mg/l (N)

Internal Name: 35-Nitrite-LR-tab



Nitrite LR Photometer (PPPNiLR)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 упаковку порошку Nitrite LR Photometer до води для зразка у кюветі.
8	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
9	Закрутіть кришку кювети.
10	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
11	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 10:00 хвилин.
12	Після закінчення зворотного відліку 10:00 хвилин відображається виміряне значення.

Notes:

- Результат тесту може бути переведений у наступні одиниці виміру: мг/л $NaNO_2$, мг/л NO_2.