(173)

Liquid

Sanosil Super25 Ag

0 - 400 mg/l (Sanosil)

Internal Name: 173-Sanosil-liq



65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°1 (PL65HydHRP1)
65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°2 (PL65HydHRP2)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте до кювети 3 краплі (краплі) PL Hydrogen Peroxide HR 1.
8	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
9	Додайте до кювети 3 краплі (краплі) PL Hydrogen Peroxide HR 2.
10	Закрутіть кришку кювети.
11	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
12	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
13	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.
14	Виміряне значення негайно відображається на дисплеї.

Notes:

- Всі окислювальні речовини у зразку води, такі як хлор, активний кисень, бром, також будуть виявлені та зроблять свій внесок у результат.