
(68)

Liquid

Sodium Hypochlorite

0.2 - 40.0 % (NaOCl)

Internal Name: 68-Sodium-Hypo-liq



65ml PL Chlorine HR N°1 (PL65ClHR1)
65ml PL Chlorine HR N°2 (PL65ClHR2)

Процедура вимірювання:

1	Промийте шприц, що дозує, кілька разів водою для проби.
2	Перелийте 5 мл у чисту мірну склянку (100 мл).
3	Налийте 95 мл дистильованої води в ту ж мірну склянку.
4	Перемішайте чистою паличкою для перемішування.
5	Промийте дозуючий шприц кілька разів розчином кроку 3.
6	Видаліть рівно 1 мл води зі зразка.
7	Перелийте 1 мл зразка з кроку 3 чисту мірну склянку (100 мл).
8	Налийте 99 мл дистильованої води у другу мірну склянку.
9	Перемішайте чистою паличкою для перемішування.
10	Залийте 10 мл зразка води з кроку 8 чисту 24-міліметрову кювету.
11	Закрутіть кришку кювети.
12	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
13	Запустіть ZERO вимірювання.
14	Знову вийміть кювету.
15	Відкрутіть кришку з кювети.
16	Додайте в кювету 3 краплі PL Chlorine HR 1.
17	Додайте в кювету 3 краплі PL Chlorine HR 2.
18	Закрутіть кришку кювети.
19	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
20	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
21	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.
22	Виміряне значення негайно відображається на дисплеї.

Notes:

- Точність результатів тесту залежить від точності процедури розведення.