(140)

Liquid

Sulphide

0.00 - 0.70 mg/l (S^{2-})

Internal Name: 140-Sulphide-Ha



Sulfide 1 (HaSulfide1)
Sulfide 2 (HaSulfide2)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 мл Sulfide 1 до зразка води у склянці.
8	Додайте 1 мл Sulfide 2 до зразка води у склянці.
9	Закрутіть кришку кювети.
10	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
11	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
12	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.
13	Після закінчення зворотного відліку 05:00 хвилин відображається виміряне значення.

Notes:

- Результат тесту можна перевести в наступні одиниці виміру: мг/л H_2S
- Температура зразка води повинна становити 20°C, щоб уникнути неточних вимірювань.