(42)

Liquid

pH Universal

4.0 - 11.0 (pH Univ)

Internal Name: 42-pH-univ-liq



65ml PL pH 4-11 (PL65UnivpH)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 10 крапель PL pH 4-11 у кювету.
8	Закрутіть кришку кювети.
9	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
10	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
11	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.
12	Виміряне значення негайно відображається на дисплеї.

Notes:

- Використання даної процедури тестування та реагенту на зразках води зі значенням pH поза діапазоном 4-11 може призвести до невірних результатів тестування. Якщо ви не впевнені, ми рекомендуємо провести контрольний вимір за допомогою електронного вимірювача (pH 0-14).