(41)

Tablet

pH Universal

5.0 - 11.0 (pH Univ)

Internal Name: 41-pH-univ-tab



Universal pH Photometer (TbsPUPH)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 таблетку Universal pH Photometer у воду для аналізу у кюветі.
8	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
9	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
10	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
11	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
12	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати вимірювання.
13	Виміряне значення негайно відображається на дисплеї.

Notes:

- Значення pH поза діапазоном від pH 5 до 11 можуть призвести до невірних результатів тесту. Якщо ви не впевнені, рекомендується провести контрольний вимір за допомогою pH-електроду.