(62) Zinc (in absence of chlorine)

Tablet

0.00 - 1.00 mg/l (Zn)

Internal Name: 62-CoZinc-tab



Copper/Zinc LR Photometer (TbsPCZ)
EDTA (TbsHED)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 таблетку Copper/Zinc LR у воду для аналізу у кюветі.
8	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
9	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
10	Закрутіть кришку кювети.
11	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
12	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
13	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 01:00 хвилин.
14	Дочекайтеся закінчення зворотного відліку 01:00 хвилин.
15	Знову вийміть кювету.
16	Відкрутіть кришку з кювети.
17	Додайте 1 таблетку EDTA у воду для аналізу у кюветі.
18	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
19	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
20	Закрутіть кришку кювети.
21	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
22	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
23	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 01:00 хвилин.
24	Після закінчення зворотного відліку 01:00 хвилин відображається виміряне значення.

(62) Zinc (in presence of chlorine)

Tablet

0.00 - 1.00 mg/l (Zn)

Internal Name: 62-CoZinc-tab



Copper/Zinc LR Photometer (TbsPCZ)
EDTA (TbsHED)
Dechlor (TbsHDC)

Процедура вимірювання:

1	Залийте 10 мл досліджуваної води в чисту 24-міліметрову кювету.
2	Закрутіть кришку кювети.
3	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
4	Запустіть ZERO вимірювання.
5	Знову вийміть кювету.
6	Відкрутіть кришку з кювети.
7	Додайте 1 таблетку Dechlor у воду для аналізу у кюветі.
8	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
9	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
10	Натисніть NEXT, щоб розпочати зворотний відлік часу 00:15 хвилин.
11	Додайте 1 таблетку Copper/Zinc LR у воду для аналізу у кюветі.
12	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
13	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
14	Закрутіть кришку кювети.
15	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
16	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.
17	Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 01:00 хвилин.
18	Дочекайтеся закінчення зворотного відліку 01:00 хвилин.
19	Знову вийміть кювету.
20	Відкрутіть кришку з кювети.
21	Додайте 1 таблетку EDTA у воду для аналізу у кюветі.
22	Роздавіть таблетку чистою паличкою для перемішування.
23	Помішуйте паличкою протягом 20 секунд до повного розчинення реагенту.
24	Закрутіть кришку кювети.
25	Акуратно похитайте кювету, щоб добре перемішати рідину.
26	Вставте кювету у PrimeLab. Зверніть увагу на стрілку на передній частині кювети.

27 Натисніть кнопку TEST, щоб розпочати зворотний відлік 01:00 хвилин.

28 Після закінчення зворотного відліку 01:00 хвилин відображається виміряне значення.