WATER-I.D. · КОМПАРАТОР FD402

Мідь і цинк · високий діапазон

0–5 мг/л Cu/Zn для методу FD402

1. Налийте по 10 мл проби у дві чисті кювети A і B. Закрийте контрольну кювету A.

2. Якщо проба містить хлор, додайте до B таблетку Dechlor і розчиніть. Додайте таблетку Copper/Zinc HR Photometer (TbsPCZHR), перемішайте та зачекайте 5 хвилин.

3. Закрийте кювету B та встановіть обидві кювети в компаратор із диском FD402. Зіставте кольори та запишіть перше показання.

4. Вийміть B, додайте 1 таблетку EDTA, роздушіть і перемішайте. Закрийте кювету, поверніть її в компаратор і зчитайте друге показання. За методом виробника друге показання відповідає міді, а різниця між першим і другим — цинку.

Переклад за методикою Water-i.d. Оригінал виробника, с. 63–65.