Визначення DEHA у воді

Діапазон — 0,00–0,50 мг/л діетилгідроксиламіну (DEHA).
Реагенти — DEHA Test Solution (LR30Dehatest) і DEHA Indicator Solution (LR65DEHAindic).

1. Налийте по 10 мл досліджуваної води в кювети A та B.
2. Закрийте кювету A. У кювету B додайте 6 крапель DEHA Test Solution.
3. Перемішайте вміст кювети B паличкою.
4. Додайте в кювету B 25 крапель (1,0 мл) DEHA Indicator Solution.
5. Знову перемішайте вміст кювети B паличкою.
6. Закрийте кювету B і зачекайте 10 хвилин.
7. Установіть кювети A та B і колірний диск FD3100 DEHA в компаратор.
8. Дивлячись у віконця компаратора, обертайте диск до збігу кольорів.
9. Зчитайте значення DEHA у віконці шкали.

Джерело — посібник виробника Water-i.d. Comparator, процедура DEHA, сторінки 71–73.