WATER-I.D. · КОМПАРАТОР FD1950

Залізо · високий діапазон

1–10 мг/л Fe для методу FD1950

1. Налийте по 5 мл проби у дві чисті кювети A і B. Закрийте контрольну кювету A.

2. Додайте в кювету B 1 таблетку Iron HR Comparator (TbsPIHR). Роздушіть і перемішайте, закрийте кювету й зачекайте 10 хвилин.

3. Установіть обидві кювети в компаратор із диском FD1950. Поверніть диск до збігу кольорів у віконцях і зчитайте показання.

Переклад за методикою Water-i.d. Оригінал виробника, с. 87–89.