WATER-I.D. · КОМПАРАТОР FD1500

Четвертинні амонієві сполуки

0–200 мг/л QAC

1. Налийте по 10 мл проби у дві чисті кювети A і B. Закрийте контрольну кювету A.

2. Додайте до кювети B 1 пакетик Acidifying GP та 1 таблетку QAC HR Photometer (TbsPQAC). Роздушіть таблетку й перемішайте до розчинення. Закрийте кювету B.

3. Установіть кювети в компаратор із диском FD1500. Поверніть диск до збігу кольорів у віконцях і зчитайте значення зі шкали.

4. Для повної процедури потрібен окремий Acidifying GP. Дотримуйтеся застережень на етикетках обох реагентів.

Переклад за методикою Water-i.d. Оригінал виробника, с. 143–145.