FlexiTester FTS102

1 / 2 · оригінальна схема та буквальний переклад написів



Переклад написів на схемі 1

FTS102 · Гіпохлорит натрію · 2-18 % NaOCl

Реагенти: PPHAFG Acidifying GP; PPPCIHR Chlorine HR (KI) Photometer.

Увага! Реагенти лише для хімічного аналізу. Не ковтати!

Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці.

Захищати від замерзання. Захищати параметричну смужку від вологи.

Позначення та піктограми виробника на схемі збережені без змін.

FlexiTester FTS102

2 / 2 · оригінальна схема та буквальний переклад написів



Переклад текстових позначень на схемі 2

1: наповнити пробою води до 5 мл.

2: долити дистильованою водою до 95 мл.

4: відібрати 1 мл. 5: внести 1 мл.

6: долити дистильованою водою до 99 мл.

8: 2 × 10 мл (позначення виробника на схемі).

9: 1 × Acidifying GP. 11: 1 × Chlorine HR (KI).

13: вставити смужку FTS102 · гіпохлорит натрію 2,0-18,0 % NaOCl.

Проміжні дії показані піктограмами оригіналу; додаткових вказівок не додано.