FlexiTester FTS1200

Фосфати HR — інструкція із застосування

Український переклад оригіналу Water-i.d. GmbH

Параметр: фосфати HR, 0–80 мг/л PO_4^{3-}.
Реагент: Phosphate HR Comparator (PPCPP).
Тестер та шкала: FlexiTester, параметр-стрічка FTS1200.

Порядок вимірювання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте одну порцію реагенту Phosphate HR Comparator.
3. Закрийте вимірювальну камеру кришкою та перемішайте пробу, струшуючи тестер, як показано на схемі виробника.
4. Вставте параметр-стрічку FTS1200 (Phosphate HR, 0–80 мг/л PO_4^{3-}).
5. Зіставте забарвлення проби з відповідною шкалою та зчитайте показник.

УВАГА! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після тестування промийте вимірювальну камеру чистою водою; не використовуйте мийні засоби (піктограма в оригінальній інструкції).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина.
Тел. +49 (0) 721 782029-0 · info@water-id.com · www.water-id.com

Джерело: оригінальна інструкція FTS1200 (2 сторінки). Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.