WATER-I.D. · FLEXITESTER FTS300

Перекис водню · HR

5–50 мг/л H_2O_2 · параметр-стрічка FTS300

1. Промийте камеру тестера й налийте 10 мл проби.

2. Додайте в ту саму пробу 1 таблетку Acidifying PT Rapid та 1 таблетку Hydrogen Peroxide HR Rapid.

3. Закрийте тестер і струсіть, щоб перемішати реагенти. Зачекайте 2 хвилини.

4. Вставте параметр-стрічку FTS300, зіставте колір проби зі шкалою й зчитайте показання.

5. Промийте камеру чистою водою після тесту. Реагенти призначені для аналізу води. Не ковтайте їх і зберігайте подалі від дітей.

Переклад методики Water-i.d. Оригінал виробника.