WATER-I.D. · FLEXITESTER FTS500

Вимірювання лужності

Параметр-стрічка FTS500 та Alkatest Rapid

1. Промийте тестер. Налийте 10 мл проби в камеру.

2. Додайте 1 таблетку Alkatest Rapid безпосередньо з блістера. Закрийте тестер і перемішайте до повного розчинення.

3. Вставте параметр-стрічку FTS500. Зіставте забарвлення проби зі шкалою й зчитайте значення.

4. Після тесту промийте камеру чистою водою. Не ковтайте таблетки. Зберігайте у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Переклад за методикою Water-i.d. Оригінал виробника.