FlexiTester FTS1000

Озон — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Озон
Діапазон: 0,00-3,40 мг/л O3
Тестер: FlexiTester, шкала FTS1000.

Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте по одній таблетці DPD No.1 і DPD No.3 Rapid.
3. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
4. Зачекайте 2 хв.
5. Вставте параметр-стрічку FTS1000 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник. Запишіть результат A.
6. Якщо в пробі немає хлору, використовуйте результат A. Якщо хлор є, підготуйте нову пробу: 10 мл води, одна таблетка Glycine Photometer і по одній таблетці DPD No.1 та DPD No.3 Rapid.
7. Повністю розчиніть таблетки та зачекайте 2 хв.
8. Вставте параметр-стрічку FTS1000 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник. Запишіть результат B.
9. Озон у пробі з хлором = A мінус B.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS1000. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.