FlexiTester FTS101

Хлор — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Хлор
Діапазон: 0,0-5,0 мг/л Cl2
Тестер: FlexiTester, шкала FTS101.

Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте одну таблетку DPD No.1 Rapid. Для визначення загального хлору застосовується DPD No.1 + DPD No.3 Rapid; додатковий час реакції 2 хв.
3. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
4. Вставте параметр-стрічку FTS101 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Примітка: Вільний хлор: DPD No.1. Загальний хлор: DPD No.1 + DPD No.3 і 2 хв. Зв’язаний хлор = загальний мінус вільний. Дуже високий рівень хлору може знебарвити DPD і дати безбарвний розчин. Осад таблеток DPD Rapid на дні тестера є нормальним і не впливає на вимірювання.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS101. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.