FlexiTester FTS1100

Ціанурова кислота (CYA) — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Ціанурова кислота (CYA)
Діапазон: 20-80 мг/л CYA
Тестер: FlexiTester, шкала FTS1100.

Порядок використання

1. Відміряйте 3 мл води басейну. Додайте 7 мл дистильованої води до 10 мл.
2. Додайте одну таблетку CYA-Test.
3. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
4. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
5. Зачекайте 1 хв.
6. Використайте параметр-стрічку FTS1100: розмістіть її під камерою тестера, дивіться зверху й пересувайте шкалу. Результат = остання видима крапка.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS1100. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.