FlexiTester FTS1700

Нітрити LR — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Нітрити LR
Діапазон: 0,00-0,50 мг/л N
Тестер: FlexiTester, шкала FTS1700.

Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте вміст одного саше Nitrite LR Photometer.
3. Зачекайте 10 хв.
4. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
5. Вставте параметр-стрічку FTS1700 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS1700. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.