# FlexiTester FTS1900

Залізо LR — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

**Параметр:** Залізо LR
**Діапазон:** 0,05-1,00 мг/л Fe (II/III)
**Тестер:** FlexiTester, шкала FTS1900.

## Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте одну таблетку Iron LR Photometer.
3. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
4. Зачекайте 5 хв.
5. Вставте параметр-стрічку FTS1900 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

**Примітка:** На оригінальній схемі кроку 5 назва Iron HR надрукована поряд із артикулом FTS1900 та діапазоном 0,05-1,00 мг/л. Упаковка FTS1900 і реагент у кроці 2 позначені Iron LR; ця інструкція стосується саме FTS1900.

### Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS1900. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.