FlexiTester FTS200

Активний кисень (MPS) — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Активний кисень (MPS)
Діапазон: 0-20 мг/л MPS
Тестер: FlexiTester, шкала FTS200.

Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте одну таблетку DPD No.4 Rapid.
3. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
4. Вставте параметр-стрічку FTS200 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS200. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.