FlexiTester FTS2200

Нітрати HR — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Нітрати HR
Діапазон: 1-100 мг/л NO3-
Тестер: FlexiTester, шкала FTS2200.

Порядок використання

1. Налийте 20 мл проби води у шейкер 25 мл.
2. Додайте вміст одного саше Nitrate No.1 Photometer.
3. Додайте вміст одного саше Nitrate No.2 Photometer.
4. Щільно закрийте шейкер і інтенсивно струшуйте 15 секунд.
5. Зачекайте 10 хв.
6. За допомогою шприца перенесіть 10 мл підготовленої проби з шейкера у тестер.
7. Вставте параметр-стрічку FTS2200 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS2200. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.