FlexiTester FTS3000

Діоксид кремнію HR — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Діоксид кремнію HR
Діапазон: 0-100 мг/л SiO2
Тестер: FlexiTester, шкала FTS3000.

Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте 2 мірні ложки по 0,05 мл PL Silica HR 1.
3. Додайте 4 мірні ложки по 0,05 мл PL Silica HR 2.
4. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
5. Зачекайте 10 хв.
6. Додайте 1 мірну ложку 0,05 мл PL Silica HR 3.
7. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
8. Зачекайте 2 хв.
9. Вставте параметр-стрічку FTS3000 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS3000. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.