FlexiTester FTS3050

Діоксид кремнію LR — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Діоксид кремнію LR
Діапазон: 0,00-5,00 мг/л SiO2
Тестер: FlexiTester, шкала FTS3050.

Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте 10 крапель Silica No.1.
3. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
4. Зачекайте 2 хв.
5. Додайте 10 крапель Silica No.2.
6. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
7. Зачекайте 2 хв.
8. Додайте вміст одного саше Silica No.3 Powder Pillow.
9. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
10. Зачекайте 2 хв.
11. Вставте параметр-стрічку FTS3050 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS3050. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.