FlexiTester FTS3400

Алюміній — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Алюміній
Діапазон: 0,00-0,30 мг/л Al3+
Тестер: FlexiTester, шкала FTS3400.

Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Додайте одну таблетку Aluminium No.1 Photometer.
3. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
4. Додайте одну таблетку Aluminium No.2 Photometer.
5. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
6. Зачекайте 5 хв.
7. Вставте параметр-стрічку FTS3400 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS3400. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.