FlexiTester FTS4400

Магній — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Магній
Діапазон: 0-100 мг/л Mg2+
Тестер: FlexiTester, шкала FTS4400.

Порядок використання

1. Відміряйте 1 мл води басейну. Додайте 9 мл дистильованої води до 10 мл.
2. Додайте одну таблетку Magnesium Photometer.
3. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
4. Зачекайте 5 хв.
5. Вставте параметр-стрічку FTS4400 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS4400. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.