FlexiTester FTS4700

Калій — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Калій
Діапазон: 0-12 мг/л K+ за схемою виробника
Тестер: FlexiTester, шкала FTS4700.

Порядок використання

1. Відміряйте 3 мл проби води. Додайте 7 мл дистильованої води до 10 мл.
2. Додайте одну таблетку Potassium Photometer.
3. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
4. Використайте FTS4700, розмістіть шкалу під камерою тестера, дивіться зверху та пересувайте шкалу. Результат = остання видима крапка.

Примітка: На упаковці FTS4700 вказано діапазон 0,8-12,0 мг/л калію; у схемі виробника наведено 0-12 мг/л.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS4700. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.