FlexiTester FTS600

Хлориди — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

Параметр: Хлориди
Діапазон: 0-40 мг/л Cl-
Тестер: FlexiTester, шкала FTS600.

Порядок використання

1. Відміряйте 3 мл води басейну у вимірювальну камеру.
2. Додайте 7 мл дистильованої води (загалом 10 мл).
3. Додайте одну таблетку Chloride No.1 Photometer.
4. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
5. Додайте одну таблетку Chloride No.2 Photometer.
6. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
7. Зачекайте 5 хв.
8. Закрийте тестер кришкою та перемішайте пробу струшуванням.
9. Вставте FTS600. Для низького діапазону A (0-15 мг/л Cl-) розмістіть шкалу під камерою та дивіться зверху; для діапазону B (20-40 мг/л Cl-) розмістіть шкалу позаду камери та дивіться збоку.
10. Результат = остання видима крапка на відповідній шкалі.

Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS600. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.