# FlexiTester FTS900

Діоксид хлору HR — інструкція із застосування

Український переклад схеми виробника Water-i.d. GmbH

**Параметр:** Діоксид хлору HR
**Діапазон:** 0,00-6,65 мг/л ClO2
**Тестер:** FlexiTester, шкала FTS900.

## Порядок використання

1. Наповніть вимірювальну камеру 10 мл проби води.
2. Якщо проба містить також хлор, додайте одну таблетку Glycine Photometer і повністю розчиніть її. Якщо хлору немає, пропустіть цей крок.
3. Додайте одну таблетку DPD No.1 Rapid.
4. Повністю розчиніть таблетку мішалкою.
5. Вставте параметр-стрічку FTS900 у FlexiTester і порівняйте забарвлення проби зі шкалою. Зчитайте показник.

### Увага! Заходи безпеки та зберігання

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу. Не ковтати! Тримати в недоступному для дітей місці. Зберігати в прохолодному сухому місці, захищати від замерзання. Захищати параметр-стрічку від вологи. Після використання очистіть тестер; не застосовуйте мийні засоби (піктограма виробника).

Виробник: Water-i.d. GmbH, Daimlerstr. 20, D-76344 Eggenstein, Німеччина. Тел. +49 (0) 721 782029-0 · www.water-id.com · info@water-id.com

Джерело: оригінальна двосторінкова схема виробника FTS900. Переклад для картки товару; не є оригінальним виданням виробника.