WATER-I.D. / FLEXITESTER FTX200

Посібник користувача

Українські методики для двох параметрів набору. Для кожного вимірювання готуйте окрему пробу.

pH — шкала FTS50

Діапазон 6,5–8,4 pH. Реагент — одна таблетка Phenol Red Rapid.

Активний кисень — шкала FTS200

Діапазон 0–20 мг/л MPS. Реагент — одна таблетка DPD №4 Rapid.

Порядок вимірювання

1. Промийте тестер перед роботою. Наповніть камеру 10 мл досліджуваної води.
2. Додайте одну таблетку для обраного параметра безпосередньо з блістера. Закрийте тестер і перемішайте пробу струшуванням.
3. Вставте відповідну параметр-стрічку FTS50 або FTS200.
4. Порівняйте забарвлення проби з кольоровою шкалою й зчитайте значення. Для іншого параметра приготуйте нову пробу.

Застереження й догляд

Реагенти призначені лише для хімічного аналізу води. Не ковтайте їх. Тримайте подалі від дітей. Зберігайте в прохолодному сухому місці, захищайте від морозу, а параметр-стрічки — від вологи. Ретельно промивайте тестер чистою водою без мийних засобів. Не занурюйте корпус повністю.

Джерело: Water-i.d. FTS200 · Water-i.d. FTS50