WATER-I.D. / PT100 I PTM100

Посібник користувача

Візуальне вимірювання pH, хлору або брому у воді басейну.

Реагенти

Phenol Red RAPID для pH. DPD 1 RAPID для вільного хлору або брому. DPD 3 RAPID — додатковий реагент для визначення загального хлору.

Порядок вимірювання

1. Ретельно промийте тестер. Зніміть кришку й наповніть камери пробою, занурivши тестер у воду приблизно на 20 см.
2. Додайте одну таблетку Phenol Red RAPID у камеру pH і одну таблетку DPD 1 RAPID у камеру хлору/брому. Додавайте таблетки безпосередньо з блістера.
3. Закрийте кришку й струсіть тестер, щоб перемішати пробу. Зіставте забарвлення в кожній камері з відповідною шкалою.
4. Щоб визначити загальний хлор, після вимірювання вільного хлору додайте в ту саму пробу одну таблетку DPD 3 RAPID. Перемішайте й зачекайте ще 2 хвилини. Вміст комбінованого хлору дорівнює різниці між загальним і вільним.
5. Після вимірювання промийте тестер і кришку чистою водою без мийних засобів.

Застереження

Дуже високий рівень хлору може знебарвити DPD-пробу. Безбарвна проба сама по собі не підтверджує відсутність хлору. Білий осад від таблеток RAPID на дні камери не заважає вимірюванню.

Реагенти призначені лише для аналізу води. Не ковтайте їх. Зберігайте в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Поповнення реагентів

Набір TbsRD1pH60 містить 30 таблеток Phenol Red RAPID і 30 таблеток DPD 1 RAPID. Додатково можна придбати TbsRD350 із 50 таблетками DPD 3 RAPID.

Джерело: Інструкція PT100 / PTM100 на Poolsmarket