WATER-I.D. / PTM200

Посібник користувача

Візуальне вимірювання pH і активного кисню (MPS) у воді басейну.

Реагенти

Phenol Red для pH. DPD 4 для активного кисню (MPS).

Порядок вимірювання

1. Промийте тестер чистою водою без мийних засобів. Зніміть кришку.
2. Наповніть вимірювальні камери пробою, занурivши тестер у воду приблизно на 20 см.
3. Додайте одну таблетку Phenol Red у камеру pH та одну таблетку DPD 4 у камеру активного кисню. Додавайте таблетки безпосередньо з блістера.
4. Закрийте тестер кришкою, струсіть його, щоб перемішати пробу, і зачекайте 2 хвилини.
5. Зіставте забарвлення у відповідних камерах зі шкалами pH та активного кисню.
6. Після вимірювання вилийте пробу та промийте тестер і кришку чистою водою.

Застереження й зберігання

Реагенти призначені лише для аналізу води. Не ковтайте їх і тримайте в недоступному для дітей місці. Перед вимірюванням ретельно очищайте тестер. Зберігайте реагенти в сухому прохолодному місці.

Джерело: Інструкція PT200 / PTM200 на Poolsmarket